Norma Icon-5

Kort brugsvejledning

1

2

3 

4

5

Kør en kontrol

Daily Routine > Quality Control

1. Vælg *Daily routine*.
2. Vælg indstillingen *Quality Control* for at køre en kontrolprøve. Vælg kontrol LOT fra listen, der matcher kontrolrøret.
   Bemærk: Det sidste bogstav angiver kontrolniveauet.
3. Bland kontrolrøret ved at vende det forsigtigt 5 gange og indsæt kontrolrøret med prop i instrumentet.
   Bemærk: Kontrolrøret skal have stuetemperatur før brug.
4. Tryk på *Start* for at analysere kontrollen.
5. Kontroller, at kontrolresultaterne er indenfor måleområdet. En pil vil angive, om en parameter ligger udenfor området. Stryg til venstre for at verificere kontrolniveauerne i et Levey-Jennings og et radar diagram.

Kør en prøve

Daily Routine > Sampling

1. Vælg *Daily routine*.
2. Vælg *Human* for patient samples. patientprøver. Skriv eller scan *Sample ID* og vælg *Profile* for prøven.
3. Bland prøven ved at vende røret forsigtigt 5 gange og indsæt prøverøret med en prop i instrumentet. Minimum prøvevolumen er 300 µl.
   Bemærk: Prøven skal være stuetemperatur inden brug.
4. Tryk på *Start* for at analysere prøven.
5. Fortolk resultaterne, der ses på instrumentdisplayet. Tryk på *new results* symbolet for at få adgang til de seneste resultater. Tryk på *result* for at åbne det på skærmen. Tryk på *menu* symbolet for at udskrive, e-mail, gem som pdf eller send resultatet til LIS.

Start op

1 Tænd for instrumentet ved at trykke på *Tænd / sluk knap*.

2 Tryk på cirklen *Daily routine* for adgang til initialisering og analyse af prøver og kontrol materialer.



3 Tryk på *Press to Initialize System* for at initialisere instrumentet til prøver.

Luk ned

1 *Daily routine > menu*
Sluk for instrumentet når det ikke længere er i brug.



2 Fjern røret fra instrumentet, tryk derefter på *Menu ikonet* og vælg *Shutdown*.

Navigation



1 Luk kontekst-menuen med *Back ikonet*.

2 Vend tilbage til startskærmen ved at trykke på *Home Screen* ikonet.



3 Stryg til højre for at komme til forrige menu niveau f.eks. for at vende tilbage til valg af *Sampling Modes* i *Daily Routine* området.

Norma Icon-5

Kort brugsvejledning

Nyt reagens kit

Daily routine > *Menu*. Frakobl det foregående reagens kit. Følg instruktionerne i det nye reagens kit og tilslut det til ikon-5. Indtast den *Daily routine* område og tryk på *menu* symbol. Tryk på *Read QR* for at scanne QR koden fra pakningsvedlægget med frontkameraet eller tryk på *Load QR* for at importere reagensdata fra et USB-stik. Gå ind i *Daily Routine* og tryk på *Press to Initialize System*.



Nyt kontrol kit

Daily routine > *Menu*. Kasser den tidligere kontrol. Tryk *Daily routine* og *menu*. Tryk på *Read QR* for at scanne QR koden fra kontrol kittets pakningsvedlæg med frontkameraet eller tryk på *Load QR* for at importere kontroldata fra et USB stik.

Kontakt information

Aidian Denmark ApS
info@aidian.dk
Tel. +45 8610 3020
e-mail for bestilling: order@aidian.dk

Tag prøven

Indsaml venøst blod ved hjælp af et K2EDTA eller K3EDTA blodprøverør. Brug BD Vacutanier (13x75 mm), Greiner Vacuette (13x75 mm) eller et kompatibelt rør. Bland blodprøven hurtigt og grundigt med antikoagulanten. Antikoagulanten kræver ca. 15 minutter for at virke effektivt.

Forholdsregler

Prøver, opbevaret ved stuetemperatur, skal køres inden for 8 timer og afkølede prøver (2-8 °C) inden for 24 timer. Lad afkølede prøver stå til de har stuetemperatur (30 min) før brug. Frys ikke prøven. Prøvens temperatur skal være mellem 15–28 °C. Opvarm ikke prøven i hånden. Bland ikke kolde prøver. Bland ikke prøven mere end 5 gange. Ryst ikke eller tab ikke røret og brug ikke blender, homogenisator eller vortex mixing.

Rengøring

Rengør instrumentets yderside ved at aftørre det med en fugtig klud og vaskemiddel. Efter aftørring med vaskemiddel fugt kluden med rent vand, og tør til sidst med en tør klud. Brug ikke alkohol baseret rense midler.

Fejlfinding

Lav prøvevolumen: Kontroller, at røret har det minimale krævet prøvevolumen (300 µl i lukket tilstand).

Ingen WBC-resultater: Kør WBC- afgasning
Kør prøve igen.

Prøveudtagningssymbol med rød tekst: Reagenserne er udløbet, eller beholderne er tomme. Scan nye koder.

Flag

Flag efter resultatet: Resultatet er under minimum eller over det maximalt accepteret måle område

Flag markeret efter prøve-ID: Fejl ved prøveudtagning eller prøvehåndtering.

Gul tekst: Teknisk information. Det kan være nødvendigt at køre prøven igen.

Resultatværdi står udslettet:
Resultatet kunne ikke tolkes sikkert

Se brugermanualen for detaljeret information.

8102-01DK, 12/2019